

A Bizottság közleménye a Tanács irányelvének bevezetése tárgyában (93/42/EGK)

(2004/C 165/02)

(az EGT-re vonatkozó szöveg)

Az irányelvhez harmonizált szabványok címeinek és hivatkozási számainak közzététele

Európai szabványosítási szervezet ⁽¹⁾	A szabvány hivatkozási száma és címe	Hivatkozási dokumentum	A helyettesített szabvány hivatkozási száma	A helyettesített szabvány feltételezett megfelelésének megszűnési időpontja (1. megjegyzés)
CEN/CENELEC	EN 46003:1999 Minőségügyi rendszerek. Orvostech- nikai eszközök. Külön követelmények az EN ISO 9003 alkalmazásához		NINCS	–
CENELEC	EN 60118-13:1997 Hallókészülékek. 13. rész: Elektromág- neses összeférhetőség (EMC)	IEC 60118-13:1997	NINCS	–
CENELEC	EN 60522:1999 Röntgensövek állandó (ön)szűrésének meghatározása	IEC 60522:1999	NINCS	–
CENELEC	EN 60580:2000 Gyógyászati villamos készülékek. Dózismezőszorzat-mérők	IEC 60580:2000	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-1:1990 Gyógyászati villamos készülékek. 1. rész: Általános biztonsági követel- mények A1:1993 módosítás az EN 60601- 1:1990-hez A2:1995 módosítás az EN 60601- 1:1990-hez A13:1996 módosítás az EN 60601- 1:1990-hez	IEC 60601-1:1988 IEC 60601-1:1988 /A1:1991 IEC 60601-1:1988	NINCS 3. megjegyzés 3. megjegyzés 3. megjegyzés	– – – Az időpont lejárt (1996.7.1.)
CENELEC	EN 60601-1-1:2001 Gyógyászati villamos készülékek. 1-1. rész: Általános biztonsági követel- mények. Kiegészítő szabvány: Gyógyászati villamos rendszerek biztonsági követelményei	IEC 60601-1-1:2000	EN 60601-1-1:1993 +A1:1996	Az időpont lejárt (2003.12.1.)

Európai szabványosítási szervezet ⁽¹⁾	A szabvány hivatkozási száma és címe	Hivatkozási dokumentum	A helyettesített szabvány hivatkozási száma	A helyettesített szabvány feltételezett megfelelésének megszűnési időpontja (1. megjegyzés)
CENELEC	EN 60601-1-2:1993 Gyógyászati villamos készülékek. 1-2. rész: Általános biztonsági követelmények. 2. Kiegészítő szabvány: Elektromágneses összeférhetőség. Követelmények és vizsgálatok	IEC 60601-1-2:1993	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-1-2:2001 Gyógyászati villamos készülékek. 1-2. rész: Általános biztonsági követelmények. Kiegészítő szabvány: Elektromágneses összeférhetőség. Követelmények és vizsgálatok	IEC 60601-1-2:2001	EN 60601-1-2:1993 2.1. megjegyzés	2004.11.1.
CENELEC	EN 60601-1-3:1994 Gyógyászati villamos készülékek. 1. rész: Általános biztonsági követelmények. 3. Kiegészítő szabvány: Általános követelmények diagnosztikai röntgenberendezések sugárvédelmére	IEC 60601-1-3:1994	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-1-4:1996 Gyógyászati villamos készülékek. 1-4. rész: Általános biztonsági követelmények. Kiegészítő szabvány: Programozható gyógyászati villamos rendszerek A1:1999 módosítás az EN 60601-1-4:1996-hoz	IEC 60601-1-4:1996 IEC 60601-1-4:1996 /A1:1999	NINCS 3. megjegyzés	– Az időpont lejárt (2002.12.1.)
CENELEC	EN 60601-2-1:1998 Gyógyászati villamos készülékek. 2-1. rész: Elektronröntgensugarak biztonsági követelményei az 1 MeV-50 MeV tartományban A1:2002 módosítás az EN 60601-2-1:1998-hoz	IEC 60601-2-1:1998 IEC 60601-2-1:1998 /A1:2002	NINCS 3. megjegyzés	– 2005.6.1.
CENELEC	EN 60601-2-2:2000 Gyógyászati villamos készülékek. 2-2. rész: Nagyfrekvenciás sebészeti készülékek egyedi biztonsági követelményei	IEC 60601-2-2:1998	EN 60601-2-2:1993 2.1. megjegyzés	Az időpont lejárt (2003.8.1.)

Európai szabványosítási szervezet ⁽¹⁾	A szabvány hivatkozási száma és címe	Hivatkozási dokumentum	A helyettesített szabvány hivatkozási száma	A helyettesített szabvány feltételezett megfelelésének megszűnési időpontja (1. megjegyzés)
CENELEC	EN 60601-2-3:1993 Gyógyászati villamos készülékek. 2. rész: Rövidhullámú terápiás készülékek egyedi biztonsági követelményei A1:1998 módosítás az EN 60601-2-3:1993-hoz	IEC 60601-2-3:1991 IEC 60601-2-3:1991 /A1:1998	NINCS 3. megjegyzés	– Az időpont lejárt (2001.7.1.)
CENELEC	EN 60601-2-4:2003 Gyógyászati villamos készülékek. 2-4. rész: Szívdefibrillátorok biztonsági követelményei	IEC 60601-2-4:2002	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-2-5:2000 Gyógyászati villamos készülékek. 2-5. rész: Ultrahangos fizioterápiás készülékek egyedi biztonsági követelményei	IEC 60601-2-5:2000	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-2-7:1998 Gyógyászati villamos készülékek. 2-7. rész: Diagnosztikai röntgengenerátorok nagyfeszültségű generátorainak egyedi biztonsági követelményei	IEC 60601-2-7:1998	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-2-8:1997 Gyógyászati villamos készülékek. 2. rész: A 10kV-1MV tartományban működő terápiás röntgenberendezések biztonsági követelményei A1:1997 módosítás az EN 60601-2-8:1997-hez	IEC 60601-2-8:1987 IEC 60601-2-8:1987 /A1:1997	NINCS 3. megjegyzés	– Az időpont lejárt (1998.6.1.)
CENELEC	EN 60601-2-9:1996 Gyógyászati villamos készülékek. 2. rész: Biztonsági követelmények radioterápiában, villamos csatlakoztatású sugárzási detektorokkal használt, pácienssel érintkező dózismérők számára)	IEC 60601-2-9:1996	NINCS	–

Európai szabványosítási szervezet ⁽¹⁾	A szabvány hivatkozási száma és címe	Hivatkozási dokumentum	A helyettesített szabvány hivatkozási száma	A helyettesített szabvány feltételezett megfelelésének megszűnési időpontja (1. megjegyzés)
CENELEC	EN 60601-2-10:2000 Gyógyászati villamos készülékek. 2-10. rész: Ideg- és izomstimulátorok egyedi biztonsági követelményei A1:2001 módosítás az EN 60601-2-10:2000-hez	IEC 60601-2-10:1987 IEC 60601-2-10:1987 /A1:2001	NINCS 3. megjegyzés	– 2004.11.1.
CENELEC	EN 60601-2-11:1997 Gyógyászati villamos készülékek. 2. rész: Gamma-sugár terápiás készülékek biztonsági követelményei	IEC 60601-2-11:1997	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-2-16:1998 Gyógyászati villamos készülékek. 2-16. rész: Hemodialízis-, hemodiafiltrációs és hemofiltrációs készülékek biztonsági követelményei	IEC 60601-2-16:1998	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-2-17:1996 Gyógyászati villamos készülékek. 2. rész: Távvezérlésű, automatikus mozgató, gamma-sugárzó, utántöltő (afterloading) berendezések egyedi biztonsági követelményei A1:1996 módosítás az EN 60601-2-17:1996-hoz	IEC 60601-2-17:1989 IEC 60601-2-17:1989 /A1:1996	NINCS 3. megjegyzés	– Az időpont lejárt (1997.3.1.)
CENELEC	EN 60601-2-18:1996 Gyógyászati villamos készülékek. 2. rész: Endoszkópiás készülékek egyedi biztonsági követelményei A1:2000 módosítás az EN 60601-2-18:1996-hoz	IEC 60601-2-18:1996 IEC 60601-2-18:1996 /A1:2000	NINCS 3. megjegyzés	– Az időpont lejárt (2003.8.1.)
CENELEC	EN 60601-2-19:1996 Gyógyászati villamos készülékek. 2. rész: Csecsemőinkubátorok biztonsági követelményei A1:1996 módosítás az EN 60601-2-19:1996-hoz	IEC 60601-2-19:1990 IEC 60601-2-19:1990 /A1:1996	NINCS 3. megjegyzés	– Az időpont lejárt (1998.6.13.)

Európai szabványosítási szervezet ⁽¹⁾	A szabvány hivatkozási száma és címe	Hivatkozási dokumentum	A helyettesített szabvány hivatkozási száma	A helyettesített szabvány feltételezett megfelelésének megszűnési időpontja (1. megjegyzés)
CENELEC	EN 60601-2-20:1996 Gyógyászati villamos készülékek. 2. rész: Hordozható inkubátorok biztonsági követelményei	IEC 60601-2-20:1990 + A1:1996	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-2-21:1994 Gyógyászati villamos készülékek. 2. rész: Sugárzó csecsemőmelegítők egyedi biztonsági követelményei A1:1996 módosítás az EN 60601-2-21:1994-hez	IEC 60601-2-21:1994 IEC 60601-2-21:1994 /A1:1996	NINCS 3. megjegyzés	– Az időpont lejárt (1998.6.13.)
CENELEC	EN 60601-2-22:1996 Gyógyászati villamos készülékek. 2. rész: Diagnosztikai és terápiás lézerkészülékek egyedi biztonsági követelményei	IEC 60601-2-22:1995	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-2-23:2000 Gyógyászati villamos készülékek. 2-23. rész: Transzkután parciálisnyomás-figyelő készülékek egyedi biztonsági követelményei, beleértve az alapvető működést	IEC 60601-2-23:1999	EN 60601-2-23:1997 2.1. megjegyzés	Az időpont lejárt (2003.1.1.)
CENELEC	EN 60601-2-24:1998 Gyógyászati villamos készülékek. 2. rész: Infúziós pumpák és szabályozók biztonsági követelményei	IEC 60601-2-24:1998	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-2-25:1995 Gyógyászati villamos készülékek. 2-25. rész: Elektrokardiográfok egyedi biztonsági követelményei A1:1999 módosítás az EN 60601-2-25:1995-höz	IEC 60601-2-25:1993 IEC 60601-2-25:1993 /A1:1999	NINCS 3. megjegyzés	– Az időpont lejárt (2002.5.1.)
CENELEC	EN 60601-2-26:1994 Gyógyászati villamos készülékek. 2. rész: Elektroenkefalográfok egyedi biztonsági követelményei	IEC 60601-2-26:1994	NINCS	–

Európai szabványosítási szervezet ⁽¹⁾	A szabvány hivatkozási száma és címe	Hivatkozási dokumentum	A helyettesített szabvány hivatkozási száma	A helyettesített szabvány feltételezett megfelelésének megszűnési időpontja (1. megjegyzés)
CENELEC	EN 60601-2-26:2003 Gyógyászati villamos készülékek. 2-26. rész: Elektroencefalográfok biztonsági követelményei	IEC 60601-2-26:2002	EN 60601-2-26:1994 2.1. megjegyzés	2006.3.1.
CENELEC	EN 60601-2-27:1994 Gyógyászati villamos készülékek. 2. rész: Elektrokardiográf-monitorokészülékek egyedi biztonsági követelményei	IEC 60601-2-27:1994	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-2-28:1993 Gyógyászati villamos készülékek. 2. rész: Egyedi biztonsági követelmények gyógyászati diagnosztikai röntgen-sugárforrásokra és röntgensűrűségekre	IEC 60601-2-28:1993	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-2-29:1999 Gyógyászati villamos készülékek. 2-29. rész: Radioterápiás szimulátorok biztonsági követelményei	IEC 60601-2-29:1999	EN 60601-2-29:1995	Az időpont lejárt (2002.4.1.)
CENELEC	EN 60601-2-30:2000 Gyógyászati villamos készülékek. 2-30. rész: Automatikus mérés-ismétlésű, közvetetten mérő vérnyomásmérő készülékek egyedi biztonsági követelményei, beleértve az alapvető teljesítményjellemzőket	IEC 60601-2-30:1999	EN 60601-2-30:1995 2.1. megjegyzés	Az időpont lejárt (2003.2.1.)
CENELEC	EN 60601-2-31:1995 Gyógyászati villamos készülékek. 2-31. rész: Belső tápforrású, külső szívritmus-szabályozók egyedi biztonsági követelményei A1:1998 módosítás az EN 60601-2-31:1995-höz	IEC 60601-2-31:1994 IEC 60601-2-31:1994 /A1:1998	NINCS 3. megjegyzés	– Az időpont lejárt (2001.1.1.)
CENELEC	EN 60601-2-32:1994 Gyógyászati villamos készülékek. 2. rész: Egyedi biztonsági követelmények röntgenberendezésekhez kapcsolódó készülékekre	IEC 60601-2-32:1994	NINCS	–

Európai szabványosítási szervezet ⁽¹⁾	A szabvány hivatkozási száma és címe	Hivatkozási dokumentum	A helyettesített szabvány hivatkozási száma	A helyettesített szabvány feltételezett megfelelésének megszűnési időpontja (1. megjegyzés)
CENELEC	EN 60601-2-33:1995 Gyógyászati villamos készülékek. 2. rész: Gyógyászati diagnosztikai mágneses rezonanciás berendezések egyedi biztonsági követelményei A11:1997 módosítás az EN 60601-2-33:1995-höz	IEC 60601-2-33:1995	NINCS 3. megjegyzés	– Az időpont lejárt (1998.6.13.)
CENELEC	EN 60601-2-33:2002 Gyógyászati villamos készülékek. 2-33. rész: Gyógyászati diagnosztikai mágneses rezonanciás berendezések biztonsági követelményei	IEC 60601-2-33:2002	EN 60601-2-33:1995 és módosítása	2005.7.1.
CENELEC	EN 60601-2-34:2000 Gyógyászati villamos készülékek. 2-34. rész: Invazív vérnyomásfigyelő készülékek egyedi, az alapvető működésre is vonatkozó biztonsági követelményei	IEC 60601-2-34:2000	EN 60601-2-34:1995 2.1. megjegyzés	Az időpont lejárt (2003.11.1.)
CENELEC	EN 60601-2-35:1996 Gyógyászati villamos készülékek. 2. rész: Gyógyászati melegítőtakarók, -párnák és -matracok biztonsági követelményei	IEC 60601-2-35:1996	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-2-36:1997 Gyógyászati villamos készülékek. 2. rész: Extrakorporális működtetésű kőzűző készülékek biztonsági követelményei	IEC 60601-2-36:1997	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-2-37:2001 Gyógyászati villamos készülékek. 2-37. rész: Ultrahangos gyógyászati diagnosztikai és megfigyelő-berendezések egyedi biztonsági követelményei	IEC 60601-2-37:2001	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-2-38:1996 Gyógyászati villamos készülékek. 2-38. rész: Villamos működtetésű kórházi ágyak biztonsági követelményei A1:2000 módosítás az EN 60601-2-38:1996-hoz	IEC 60601-2-38:1996 /A1:1999	NINCS 3. megjegyzés	– Az időpont lejárt (2003.11.1.)

Európai szabványosítási szervezet ⁽¹⁾	A szabvány hivatkozási száma és címe	Hivatkozási dokumentum	A helyettesített szabvány hivatkozási száma	A helyettesített szabvány feltételezett megfelelésének megszűnési időpontja (1. megjegyzés)
CENELEC	EN 60601-2-39:1999 Gyógyászati villamos készülékek. 2-39. rész: Peritoneális dialízálókészülékek biztonsági követelményei	IEC 60601-2-39:1999	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-2-40:1998 Gyógyászati villamos készülékek. 2-40. rész: Elektromiográfok és kiváltóválasz-készülékek biztonsági követelményei	IEC 60601-2-40:1998	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-2-41:2000 Gyógyászati villamos készülékek. 2-41. rész: Sebészeti és diagnosztikai lámpatestek egyedi biztonsági követelményei	IEC 60601-2-41:2000	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-2-43:2000 Gyógyászati villamos készülékek. 2-43. rész: Intervencionális eljárásokhoz használt röntgenberendezések egyedi biztonsági követelményei	IEC 60601-2-43:2000	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-2-44:1999 Gyógyászati villamos készülékek. 2-44. rész: Röntgen-komputertomográfok biztonsági követelményei	IEC 60601-2-44:1999	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-2-44:2001 Gyógyászati villamos készülékek. 2-44. rész: Számítógépes rétegvételkészítő röntgenberendezések biztonsági követelményei A1:2003 módosítás az EN 60601-2-44:2001-hez	IEC 60601-2-44:2001 IEC 60601-2-44:2001 /A1:2002	EN 60601-2-44:1999 2.1. megjegyzés 3. megjegyzés	2004.7.1. 2005.12.1.
CENELEC	EN 60601-2-45:1998 Gyógyászati villamos készülékek. 2-45. rész: Mammográfias röntgenberendezések és mammográfias sztereotaktikus készülékek biztonsági követelményei	IEC 60601-2-45:1998	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-2-45:2001 Gyógyászati villamos készülékek. 2-45. rész: Mammográfias röntgenberendezések és mammográfias sztereotaxiás készülékek biztonsági követelményei	IEC 60601-2-45:2001	EN 60601-2-45:1998 2.1. megjegyzés	2004.7.1.

Európai szabványosítási szervezet ⁽¹⁾	A szabvány hivatkozási száma és címe	Hivatkozási dokumentum	A helyettesített szabvány hivatkozási száma	A helyettesített szabvány feltételezett megfelelésének megszűnési időpontja (1. megjegyzés)
CENELEC	EN 60601-2-46:1998 Gyógyászati villamos készülékek. 2-46. rész: Műtőasztalok biztonsági követelményei	IEC 60601-2-46:1998	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-2-47:2001 Gyógyászati villamos készülékek. 2-47. rész: Ambuláns elektrokardiográfiai rendszerek egyedi, a lényegi működésre is vonatkozó biztonsági követelményei	IEC 60601-2-47:2001	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-2-49:2001 Gyógyászati villamos készülékek. 2-49. rész: Többfunkciós páciensmegfigyelő berendezések egyedi biztonsági követelményei	IEC 60601-2-49:2001	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-2-50:2002 Gyógyászati villamos készülékek. 2-50. rész: Csecsemő-fényterápiás készülékek biztonsági követelményei	IEC 60601-2-50:2000	NINCS	–
CENELEC	EN 60601-2-51:2003 Gyógyászati villamos készülékek. 2-51. rész: Egy- és többcsatornás, regisztráló és analizáló elektrokardiográfok biztonsági követelményei, beleértve az alapvető működési követelményeket	IEC 60601-2-51:2003	NINCS	–
CENELEC	EN 60627:2001 Diagnosztikai röntgenképképző berendezések. Általános célú és mammográfias, szórt sugárzás elleni rácsok jellemző adatai	IEC 60627:2001	NINCS	–
CENELEC	EN 60645-1:1994 Audiométerek. 1. rész: Tisztahang-audiométerek	IEC 60645-1:1992	NINCS	–

Európai szabványosítási szervezet ⁽¹⁾	A szabvány hivatkozási száma és címe	Hivatkozási dokumentum	A helyettesített szabvány hivatkozási száma	A helyettesített szabvány feltételezett megfelelésének megszűnési időpontja (1. megjegyzés)
CENELEC	EN 60645-1:2001 Elektroakusztika. Audiológiai berendezések. 1. rész: Tisztahang-audiométerek	IEC 60645-1:2001	EN 60645-1:1994 2.1. megjegyzés	2004.10.1.
CENELEC	EN 60645-2:1997 Audiométerek. 2. rész: A beszédhang-audiometria készülékei	IEC 60645-2:1993	NINCS	-
CENELEC	EN 60645-3:1995 Audiométerek. 3. rész: Rövid idejű hallásvizsgáló jelek audiometriai és neurootológiai célokra	IEC 60645-3:1994	NINCS	-
CENELEC	EN 60645-4:1995 Audiométerek. 4. rész: Készülékek kiterjesztett nagyfrekvenciás audiometriához	IEC 60645-4:1994	NINCS	-
CENELEC	EN 61217:1996 Radioterápiás berendezések. Koordináták, mozgások és skálák A1:2001 módosítás az EN 61217:1996-hoz	IEC 61217:1996 IEC 61217:1996 /A1:2000	NINCS 3. megjegyzés	- Az időpont lejárt (2003.12.1.)
CENELEC	EN 61223-3-1:1999 Készülékek állapotfelmérése és időszakos vizsgálata gyógyászati képalkotó diagnosztikai osztályokon. 3-1. rész: Átvételi vizsgálatok. Felvételi és átvilágító röntgenberendezések képalkotási jellemzői	IEC 61223-3-1:1999	NINCS	-
CENELEC	EN 61223-3-4:2000 Kiertékelés és időszakos felülvizsgálat gyógyászati képalkotó osztályokon. 3-4. rész: Átvételi vizsgálatok. Fogászati röntgenberendezések képalkotó teljesítőképessége	IEC 61223-3-4:2000	NINCS	-

Európai szabványosítási szervezet ⁽¹⁾	A szabvány hivatkozási száma és címe	Hivatkozási dokumentum	A helyettesített szabvány hivatkozási száma	A helyettesített szabvány feltételezett megfelelésének megszűnési időpontja (1. megjegyzés)
CENELEC	EN 61676:2002 Gyógyászati villamos készülékek. Diagnosztikai radiológiában használt dozimetriás műszerek a röntgenszófény-szültség nem invazív mérésére	IEC 61676:2002	NINCS	–
CENELEC	EN 62083:2001 Gyógyászati villamos készülékek. Sugárterápiás, besugárzástervező rendszerek biztonsági követelményei	IEC 62083:2000	NINCS	–
CENELEC	EN 62220-1:2004 Gyógyászati villamos készülékek. Digitális röntgenképképző készülékek jellemzői. 1. rész: A detektív kvantumhatásfok meghatározása	IEC 62220-1:2003	NINCS	–

⁽¹⁾ CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel: (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 550 08 19
CENELEC: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Brussels, tel: (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19
ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex, tel: (33) 492 94 42 12, fax: (33) 493 65 47 16

1. megjegyzés: A megfelelés feltételezésének megszűnési időpontja általában az európai szabványosítási szervezet által meghatározott visszavonási időpont („dow”), de ezen szabványok alkalmazóinak figyelemmel kell lenniük arra, hogy kivételes esetekben ez más is lehet.
- 2.1. megjegyzés: Az új (vagy módosított) szabvány alkalmazási területe ugyanaz, mint a helyettesített szabványé. A megadott időponttól kezdve a helyettesített szabvány nem szolgáltat alapot az irányelv alapvető követelményeinek való megfelelés feltételezéséhez.
3. megjegyzés: Módosítások esetén a hivatkozott szabvány az EN CCCC:YYYY, ennek korábbi módosításai, ha voltak ilyenek, és az új, megadott módosítás. A helyettesített szabvány (4. oszlop) ezért az EN CCCC:YYYY-ből és annak korábbi módosításaiból áll, ha voltak ilyenek, de az új, megadott módosítás nélkül. A megadott időponttól kezdve a helyettesített szabvány nem szolgáltat alapot az irányelv alapvető követelményeinek való megfelelés feltételezéséhez.

Példa: Az EN 60601-1:1990-re az alábbiak vonatkoznak:

CENELEC	EN 60601-1:1990 Gyógyászati villamos készülékek. 1. rész: Általános biztonsági követelmények [A hivatkozott szabvány az EN 60601-1:1990] A1:1993 módosítás az EN 60601-1:1990-hez [A hivatkozott szabvány az EN 60601-1:1990 +A1:1993 az EN 60601-1:1990-hez] A2:1995 módosítás az EN 60601-1:1990-hez [A hivatkozott szabvány az is EN 60601-1:1990 +A1:1993 az EN 60601-1:1990-hez +A2:1995 az EN60601-1:1990-hez] A13:1996 az EN 60601-1:1990-hez [A hivatkozott szabvány az EN 60601-1:1990 +A1:1993 az EN 60601-1:1990-hez +A2:1995 az EN 60601-1:1990-hez +A13:1996 az EN 60601-1:1990-hez]	IEC 60601-1:1988 IEC 60601-1:1988 /A1:1991 IEC 60601-1:1988 /A2:1995	NINCS [Nincs helyettesített szabvány] 3. megjegyzés [A helyettesített szabvány az EN60601-1:1990] 3. megjegyzés [A helyettesített szabvány az EN60601-1:1990 + A1:1993] 3. megjegyzés [A helyettesített szabvány az EN60601-1:1990 + A1:1993 + A2:1995]	– – – Az időpont lejárt (1996.7.1.)
---------	---	--	--	--